

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО:



ВНИИМС

А. И. Асташенков

" 08 " 06 1998 г.

Гири общего назначения 6-го класса точности Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <i>17365-98</i>
---	--

Выпускаются по ГОСТ 7328-82

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гири предназначены для взвешивания в торговле и народном хозяйстве.

ОПИСАНИЕ

Гири общего назначения 6-го класса точности массой 500 г, 1 кг и 2 кг, представляют собой конструкцию цилиндрической формы с головкой в соответствии с ГОСТ 7328-82 чертёж 11.

Гири изготавливаются из серого чугуна ГОСТ 1412-85 путем отливки и имеют подгоночную полость в верхней части.

В качестве подгоночного материала применяют стружку черных металлов или техническую дробь из чугуна и стали по ГОСТ 11964-81.

Отверстие подгоночной полости закрывается гладкой цилиндрической пробкой из алюминиевого сплава.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные значения массы, кг	0,5	1,0	2,0
Допустимые отклонения от номинального значения массы гирь не должны превышать, мг			
при выпуске из производства	+300	+500	+1000
и после ремонта	±300	±500	±1000
при эксплуатации			

Допустимая погрешность определения массы гирь не должна превышать абсолютных значений, мг	±75	±150	±300
Габаритные размеры, мм			
диаметр	42	56	75
высота	71	90	115
Плотность материала, кг/м ³		7000 - 9500	

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа не наносится.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят гири массой 500 г, 1 кг, 2 кг и этикетка. Количество гирь и пределы их по массе для поставки согласуются с потребителем.

ПОВЕРКА

Поверки гирь осуществляется в соответствии с МИ 1747-87 "ГСП. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки."

Перечень основного оборудования необходимого для поверки:

- весы 4-го разряда образцовые
- гири 4-го разряда образцовые ГО-4-500, КГО-4-1, КГО-4-2 по ГОСТ 7328-82.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7328-82 "Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гири общего назначения 6-го класса точности массой 500 г, 1 кг и 2 кг соответствуют требованиям ГОСТ 7328-82 и ТО РБ. 00226556.001.96.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "Весоприбор", Республика Беларусь
213826, г. Бобруйск, ул. Дзержинского, 14/1,
тел. 7-32-96

Начальник сектора ВНИИМС



С.А.Павлов

35

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 331

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов Государственных испытаний утвержден тип гирь общего назначения 6-го класса точности Г-6-500; КГ-6-1; КГ-6-2

АО "Весоприбор", г. Бобруйск, который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № РБ 03 02 0328 96 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Председатель Белстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ

18 апреля 1996 г.

